

P.IVA: 03012300780

N° R.t.

MM/2453/2026

RAPPORTO DI TARATURA CALIBRATORE

Committent	Ditta		Indirizzo			Città (Prov)	
	DMF IMPIANTI SRL UNIPERSONALE		VIA C.L. GIACOBINI 65 87042 ALTOMONTE (CS)				
Strumento da verificare	Tipologia	Costruttore	Modello		Matricola	Classe	
	CALIBRATORE	GE	DRUCK GENII DP620		5256018		
	Unità di Formato	Campo di misura da/a		U.M.	Limiti accettabilità(se noti)		Controllo
					2%	12 mesi	
Strumento campione	Tipologia	Costruttore	Modello	N. Matricola			
	Calibratore	MEATEST	9010	752711			
	Resistore	OHMITE	102E	LAT021 001/21			
	Resistore	OHMITE	MB03-1G	LAT021 003/21			
	Resistore	OHMITE	108E	LAT021 004/21			
	Unità di formato	Campo di misura	Centro taratura	Certificato			
	vari	Varie Scale	LAT 019	78913-78923			
			00013LAT	26-034			
			00013LAT	26-035			
			00013LAT	26-036			
E' garantita la rintracciabilità rispetto ai campioni nazionali ed internazionali							
Funzione	Unità di misura	Valore applicato	Valore limite superiore	Valore limite inferiore	Valore misurato	Scostamento	Incertezza estesa
funzione U IN							
DCmV	mv	50,00	51,000	49,000	50,888	0,888	0,0321
DCmV	mv	100,00	102,000	98,000	100,987	0,987	0,0344
DCmV	mv	500,00	510,000	490,000	499,98	0,020	0,0150
DCmV	mv	900,00	918,000	882,000	899,95	0,050	0,0157
DCV	V	5,00	5,100	4,900	4,99974	0,000	0,0116
DCV	V	10,00	10,200	9,800	9,99950	0,001	0,0116
DCV	V	15,00	15,300	14,700	14,99931	0,001	0,0116
DCV	V	20,00	20,400	19,600	19,99902	0,001	0,0146
DCV	V	30,00	30,600	29,400	29,9988	0,001	0,0146
funzione I IN							
DCmA	mA	1,0000	1,020	0,980	0,9994	0,001	0,0123
DCmA	mA	10,0000	10,200	9,800	9,9960	0,004	0,0124
DCmA	mA	20,0000	20,400	19,600	19,9980	0,002	0,0124
DCmA	mA	50,0000	51,000	49,000	49,9951	0,005	0,0124
DCmA	mA	55,0000	56,100	53,900	54,9942	0,006	0,0132
funzione F IN							
Hz		1,0000	1,020	0,980	0,9999	0,000	0,0131
Hz		20,0000	20,400	19,600	20,0003	0,000	0,0123
Hz		50,0000	51,000	49,000	50,0001	0,000	0,0123
Hz		100,0000	102,000	98,000	100,0001	0,000	0,0123
Hz		500,0000	510,000	490,000	500,0024	0,002	0,0124
funzione R							
R	0 – 200Ω	10	10,200	9,800	9,811	0,189	0,1198
R	200 – 2000 Ω	50	51,000	49,000	49,814	0,186	0,1198
R	2 – 20KΩ	500	510,000	490,000	499,87	0,130	0,0249
R	20 – 200KΩ	1000	1020,000	980,000	999,93	0,070	0,0236
R	200-2000 KΩ	2000	2040,000	1960,000	2000,00	0,000	0,0219
R	2 – 20MΩ	4000	4080,000	3920,000	3999,89	0,110	0,0163
Strumento/apparecchiatura/dispositivo IDONEO ai limiti di accettabilità adottati							
Note:							



Servizi di Ingegneria Clinica
Laboratorio Metrologico
Verificazione strumenti



Via Cesare Beccaria 16 00196 Roma RM
info@metrologiamelicchio.com
web: www.metrologiamelicchio.com
P.IVA: 03012300780



Funzione	Unità di misura	Valore	Valore limite	Valore limite	Valore	Scostamento	Incertezza
funzione U Source							
DCmV	mv	50,00	51,000	49,000	49,8	0,200	0,0162
DCmV	mv	100,00	102,000	98,000	100,0	0,000	0,0116
DCmV	mv	500,00	510,000	490,000	500,2	0,200	0,0192
DCmV	mv	2000,00	2040,000	1960,000	2000,1	0,100	0,0169
DCV	V	1,00	1,020	0,980	1,0000	0,000	0,0116
DCV	V	5,00	5,100	4,900	5,0002	0,000	0,0116
DCV	V	8,00	8,160	7,840	8,0001	0,000	0,0116
DCV	V	10,00	10,200	9,800	10,0001	0,000	0,0146
DCV	V	12,00	12,240	11,760	12,0001	0,000	0,0146
funzione F Source							
Hz		50,0000	51,000	49,000	49,9998	0,000	0,0131
Hz		100,0000	102,000	98,000	99,997	0,003	0,0124
Hz		500,0000	510,000	490,000	500,002	0,002	0,0124
Hz		2000,0000	2040,000	1960,000	2000,02	0,020	0,0128
Hz		5000,0000	5100,000	4900,000	5000,01	5,000	0,1278
funzione R Source							
R	0 – 200Ω	10	10,200	9,800	9,993	0,007	0,1156
R	200 – 2000 Ω	50	51,000	49,000	49,991	0,009	0,1157
R	2 – 20KΩ	500	510,000	490,000	500,03	0,030	0,0226
R	20 – 200KΩ	1000	1020,000	980,000	1000,00	0,000	0,0219
Strumento/apparecchiatura/dispositivo IDONEO ai limiti di accettabilità adottati							

Controllo effettuato da
Carmine Pollola

Data emissione
27/08/2026

Data del controllo
27/08/2026

METROLOGIA MELICCHIO
OPERATORE TECNICO
P.L. Carmine Pollola

Modello	Revisione	Data Rev.
MM/SERV/RAP.TAR/16-MUL	02	16/01/2017